



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78 fax 85 742 21 04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

Białystok, 16.02.2018 r.

WA.2600.398.2017

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1

Dot.: Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów filtracyjnych do WIOŚ w Białymstoku

Szanowni Państwo,

w związku z nadesłanym zapytaniem o treści:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych?

Filtry z poz. 4 Thermo Scientific dostępne są w opak. po 200 szt. Czy należy zaoferować 2 czy 3 opak po 200szt?”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dopuszcza się produkty równoważne.

Filtry Thermo Scientific można zaoferować w ilości 3 opakowań po 200sztuk każda.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2

Szanowni Państwo,

w związku z nadesłanym zapytaniem o treści:

„Proszę także o informację dot. średnicy sączków z po. 7?”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Sączki bezfosforanowe - średnica 125mm.